



МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 79205

от "20 августа 2024г.

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЮСТ РОССИИ)**

П Р И К А З

Москва

16 августа 2024г.

№ 249

**Об утверждении требований к размещению, хранению
и использованию укладки и аптечки для оказания первой помощи
с применением медицинских изделий судебными приставами**

В соответствии с частью 5 статьи 31 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», подпунктом 8 пункта 2 и подпунктом 7 пункта 19 Положения о Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.01.2023 № 10, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию укладки и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий судебными приставами.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2024.

И.о. Министра

Е.Л. Забарчук

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства юстиции
Российской Федерации
от 16.08.2024 № 249

**Требования к размещению, хранению и использованию укладки
и аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских
изделий судебными приставами**

**I. Требования к размещению укладки и аптечки для оказания первой
помощи с применением медицинских изделий судебными приставами**

1. Укладка и аптечка для оказания первой помощи с применением медицинских изделий судебными приставами (далее – укладка и аптечка) должны быть укомплектованы в соответствии с требованиями к комплектации укладки и аптечки для оказания первой помощи судебными приставами, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.04.2024 № 208н «Об утверждении требований к комплектации укладки и аптечки индивидуальной для оказания первой помощи с применением медицинских изделий судебными приставами» (зарегистрирован Минюстом России 29.05.2024, регистрационный № 78310).

2. Укладка и аптечка размещаются в центральном аппарате ФССП России и территориальных органах ФССП России (далее – территориальный орган).

Места размещения укладки и аптечки в центральном аппарате ФССП России устанавливаются заместителем руководителя федерального органа принудительного исполнения, ответственным за указанное направление деятельности, в территориальном органе – заместителем руководителя территориального органа, ответственным за указанное направление деятельности.

II. Требования к хранению укладки и аптечки

3. Места для хранения укладки и аптечки должны быть обозначены сигнальными цветами и знаками¹ и указаны на плане эвакуации².

¹ Подпункт 5.1.1.1 пункта 5, таблица Л.2 приложения Л ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», введенного в действие приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст (М., «Стандартинформ», 2016).

² Подпункт 9.3.9.12 пункта 9.3.9 ГОСТ 34428-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», введенного в действие приказом Росстандарта от 18.11.2021 № 1503-ст (М., ФГБУ «РСТ», 2021).

4. Места для хранения укладки и аптечки должны предусматривать беспрепятственный и быстрый доступ к упаковке и аптечке.

5. При хранении укладки и аптечки не допускаются механические, тепловые воздействия.

6. При хранении укладки и аптечки медицинские изделия должны извлекаться из них без использования специальных инструментов и приспособлений.

7. Назначение лица, ответственного за хранение укладки и аптечки, периодичность проведения им контроля за комплектацией укладки и аптечки, своевременным их пополнением, целостностью упаковки медицинских изделий и сроками службы (сроками годности) в центральном аппарате ФССП России устанавливаются заместителем руководителя федерального органа принудительного исполнения, ответственным за указанное направление деятельности, в территориальном органе – заместителем руководителя территориального органа, ответственным за указанное направление деятельности.

III. Требования к использованию укладки и аптечки

8. Не допускается использование по назначению медицинских изделий после истечения срока их службы (срока их годности).

9. Не допускается использование стерильных медицинских изделий, которыми укомплектованы упаковка и аптечка, в случае нарушения целостности их упаковки.

10. Не допускается использование медицинских изделий, которыми укомплектованы упаковка и аптечка, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.